ISTRUZIONI DI SICUREZZA

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE QUESTE IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE E ISTRUZIONI DI SICUREZZA PRIMA DI UTILIZZARE L'UNITÀ DI TERMOTERAPIA CONTINUA

⚠ AVVERTENZE

Evitare le seguenti situazioni di potenziale pericolo che potrebbero essere causa di grave infortunio o decesso:

- NON collegare l'unità ad una presa elettrica già destinata ad altra apparecchiatura.
- NON utilizzare l'unità con una prolunga non controllata e provata da un tecnico qualificato.
- NON utilizzare l'unità senza supervisione in presenza di bambini o portatori di handicap.
- NON utilizzare l'unità in presenza di acqua o umidità.
- NON utilizzare l'unità nella vasca da bagno o doccia.
- NON lasciare l'unità incustodita durante l'uso.
- Non posizionare l'unità in prossimità di fiamme di gas, prodotti infiammabili, elementi elettrici o forno caldo.
- NON coprire le ventole nella parte superiore, anteriore o posteriore dell'unità.
- NON utilizzare l'unità se il cavo è danneggiato o se l'unità è caduta o risulta danneggiata. Controllare l'unità e il cavo prima dell'uso per assicurarsi che siano in buone condizioni operative.
- Non utilizzare l'unità all'esterno. L'unità è stata prevista solo per uso interno.
- NON utilizzare l'unità se vengono usati prodotti spray (aerosol).
- NON utilizzare l'unità in ambiente ricco di ossigeno o in un luogo in cui viene somministrato l'ossigeno.
- NON utilizzare l'unità sotto coperte, cuscini o altro oggetto in quanto l'eccessivo calore può causare incendio, elettrocuzione o altre gravi lesioni personali.
- NON utilizzare la modalità "COOL" con temperature ambiente al di sotto di 16° C (60° F).
- NON utilizzare la modalità "HEAT" con temperature ambiente al di sotto di 29,4° C (85° F).
- NON utilizzare né conservare l'unità in punti dove potrebbe cadere nella vasca da bagno, doccia, lavandino, acqua o altro liquido.
- NON utilizzare l'unità per scopi diversi da quelli per cui è stata concepita.
- Assicurarsi di scollegare l'unità dalla presa elettrica quando si riempie o si toglie l'acqua. Spegnere l'unità prima di scollegarla dalla presa elettrica.
- Dopo aver utilizzato l'unità, attendere che ritorni a temperatura ambiente prima di riporla.
- NON toccare l'unità nel caso in cui cada in acqua. Scollegare immediatamente l'alimentazione.
- NON fare cadere né introdurre oggetti o parti del corpo all'interno di qualsiasi apertura dell'unità.
- EVITARE il contatto dell'unità, accessori o cavo con superfici calde.
- NON posizionare il cavo sotto la moquette e non coprirla con tappetini, zerbini o simili.
- Come per tutti i prodotti dotati di cavo, vi è il rischio di strangolamento. Evitare di riporre o usare l'unità in presenza di bambini.
- NON cercare di smontare o riparare l'unità, in quanto tale azione potrebbe causare il rischio di shock elettrico o infortuni.
- Interrompere l'uso dell'unità in presenza di vertigini, dolore o reazioni cutanee gravi.
- I pazienti con problemi circolatori dovrebbero usare la terapia del freddo solo sotto stretto controllo medico.
- NON utilizzare l'unità con voltaggi diversi da quelli specificati dal costruttore.
- NON utilizzare l'unità per pazienti collegati ad apparecchiature salvavita, dispositivi cardiaci e/o elettrofisiologici.

⚠ATTENZIONE

- Evitare le seguenti situazioni di potenziale pericolo che potrebbero causare infortuni di entità lieve o modesta:
- NON tirare il cavo di alimentazione per scollegare l'unità.
- Non tirare né trasportare l'unità per il cavo di alimentazione.
- Scollegare l'unità dalla presa elettrica prima di pulirla o riporla.
- Non posizionare il cavo in zone di passaggio per evitare di inciamparci.
- NON forare le imbottiture.
- Al fine di evitare qualsiasi effetto nocivo per la salute e per la pelle, spegnere immediatamente l'unità qualora si avverta una sensazione di fastidio.
- In caso di sensibilità al caldo o freddo, consultare il proprio medico prima dell'uso.

Innovative Medical Equipment, LLC
29001 Cedar Road Suite 325
Cleveland, Ohio 44124 USA
1 (877) 901-9663

EC REP
COOL+ Europe Ltd
26 Grosvenor Street,
Mayfair
London W1K 4QW
United Kingdom

103-09 v1 8/2012

THERMA ZONE™
CONTINUOUS THERMAL THERAPY™

Guida Rapida per l'Unità di Termoterapia Continua

La Guida Rapida non sostituisce il Manuale di Istruzioni e Sicurezza ThermaZone. Leggere attentamente il Manuale di Istruzioni e Sicurezza prima di usare l'unità.

This Quick Start User's Manual is also available at www.therma-zone.com in English, French, Spanish, German, Italian, and Dutch located in the Resource Center.

Ce Guide de démarrage rapide est également disponible sur www.therma-zone.com en allemand, en anglais, en espagnol, en français, en Italien et en néerlandais dans le Resource Center.

Esta Guía de Arranque Rápido está también disponible en www.therma-zone.com en inglés, francés, español, alemán, Italiano y holandés en el Centro de Recursos.

Diese Schnellreferenz ist unter www.therma-zone.com im Resource Center ebenfalls auf Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch und Niederländisch verfügbar.

Deze snelstartgids is ook verkrijgbaar op www.therma-zone.com in het Resource Center (Engels, Frans, Spaans, Duits, Italiaan en Nederlands).

Questa Guida introduttiva è anche disponibile a www.therma-zone.com in Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco, Olandese e Italiano si trova nel centro di risorse.

CE 0459

8 54682 00135 6

www.therma-zone.com
REF Item # 003-99

Facile da I impostare
Facile da Usare

Contenuto:
(1) Unità ThermaZone
(1) Gruppo Tubi
(1) Alimentatore
(1) Manuale di Istruzioni e Sicurezza

Nota: le fasce ordinate sono imballate separatamente e incluse con la spedizione.

Unità ThermaZone

Gruppo Tubi

Alimentatore

Manuale di Istruzioni e Sicurezza



La Guida Rapida non sostituisce il Manuale di Istruzioni e Sicurezza ThermaZone. Leggere attentamente il Manuale di Istruzioni e Sicurezza prima di usare l'unità.

1 Riempire il serbatoio con acqua distillata

- Sollevare la maniglia.
- Aprire delicatamente il tappo di riempimento di gomma nero.
- Versare delicatamente **l'ACQUA DISTILLATA** nel serbatoio sotto il tappo di riempimento (l'acqua dovrebbe defluire attraverso il foro nel centro del serbatoio).
- Assicurarsi di aver riempito fra le tacche "MIN" e "MAX" dell'indicatore del livello dell'acqua per una performance ottimale.



2 Collegamento della fascia

- Rimuovere i tappi bianchi dalle estremità dei connettori bianchi del gruppo tubi.
- Collegare i connettori bianchi alle porte dei connettori nella parte anteriore dell'unità, allineando le linguette e ruotando di 90° in senso orario.





N.B.: alcune fasce sono fornite con il gruppo tubi assemblato. Per altre fasce è invece necessario collegare il gruppo tubi all'unità e alla fascia. Inserire il connettore sulla fascia nella porta del gruppo tubi fino ad udire in clic e bloccarla in posizione.



3 Accensione dell'Unità

- Collegare un'estremità del cavo di alimentazione alla presa elettrica e l'altra estremità all'adattatore CA/CC sull'unità (il pannello di comando si illumina).
- Premere il tasto ON/OFF (la ventola e la pompa si avviano e il display digitale visualizza "ON").





4 Riempimento del serbatoio

- L'acqua versata nel serbatoio durante la Fase 1 è stata pompata nella Fascia di Sollievo.
- Versare lentamente altra acqua distillata nel serbatoio ad unità accesa.
- Monitorare il livello dell'acqua nel minuto successivo per accertasi che si trovi tra le tacche "MIN" e "MAX".



5 Avvio della termoterapia

Accendere l'unità (tasto ON/OFF)

Selezionare la modalità timer (opzionale)

Selezionare la modalità HEAT o COOL

Selezionare il livello di comfort (1-10)

Per regolare la temperatura durante la terapia, utilizzare i tasti + o- per aumentare o abbassare la temperatura. Per controllare il tempo rimanente sul timer, premere il tasto heat o cool. Il tempo rimanente viene visualizzato sulla finestra di controllo per 5 secondi. La finestra ritorna quindi all'impostazione del livello di comfort.



Consultare il manuale di Istruzioni e Sicurezza (pag. 6) per suggerimenti su come ottenere i risultati migliori con la terapia del freddo, terapia del caldo o su come avviare la terapia di contrasto.

6 Applicazione della fascia di sollievo

- Scegliere la fascia di sollievo adeguata.
- Ogni fascia è dotata di un gancio e chiusure con cinghie elastiche per una maggiore comodità.
- Le cinghie dovrebbero essere abbastanza tese da tenere la fascia in posizione ma anche abbastanza lente per il massimo comfort.
- Sedetevi e rilassatevi.